

透湿 カップ

『実用新案 登録
第 3241363 号』

IMC-0B04

JIS Z 0208 * を
参考規格として
製作しています

ネジを締め付ける **
ことで、カップを
密閉します

デモ機をご用意してま
す
お気軽にお試しください

* JIS Z 0208 防湿包装材料の透湿度試験（カップ法）

** 本器はネジ締付式ですが、JIS Z 0208 規格の密閉は封蝋式です

仕様	型式	IMC-0B04
	透湿寸法	φ 60 mm
	カップ深さ	15 mm
	パッキン材質	ニトリルゴム

株式会社 井元製作所

本社 〒602-8315
京都府京都市上京区今出川通七本松東入上ル突抜町 501
ショールーム 〒602-8326
京都府京都市上京区今出川通六軒町西入西上善寺町 194
TEL 075-464-3630
FAX 075-463-2718
URL <http://imonet.jp>

