

透湿 カップ

IMC-0B01

JIS L 1099 * を
参考規格として
製作しています

ネジを締め付ける
ことで、カップを
密閉します

透湿カップの別規格に

特注対応できる場合があります

お気軽にお問い合わせくださいませ

* JIS L 1099 繊維製品の透湿度試験

仕様	型式	IMC-0B01
	透湿寸法	φ 60 mm
	カップ深さ	25 mm
	パッキン材質	ニトリルゴム

株式会社 井元製作所

本社 〒602-8315
京都府京都市上京区今出川通七本松東入上ル突抜町 501
ショールーム 〒602-8326
京都府京都市上京区今出川通六軒町西入西上善寺町 194
TEL 075-464-3630
FAX 075-463-2718
URL <http://imonet.jp>

